

Gdańsk, dnia 15.11.2018 r.

nr sprawy: **D10.251.69.C.2018**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2018/S 199-450745** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ**  
**CZEŚĆ 1**

**W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**Pytanie 1- dot. pakietu 2, poz. 8**

Czy w pozycji nr 8 Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 400 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2 – dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje jednocześnie, iż jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Pytanie 3 – dot. zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4 – dot. zapisów umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 6 ust. 1 i 2 do wysokości 0,2% wartości towaru niedostarczonego w terminie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy umowy zgodnie ze zmienionym załącznikiem 6 do SIWZ.

**Pytanie 5 – dot. zapisów umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności za dostarczone wyroby na 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT (§ 5 ust. 1)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6 – dot. pakietu nr 3, 7, 9, 12, 14, 22, 24**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaofiarowania produktów będących wyrobami medycznymi w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.)? Wskazane przez Zamawiającego produkty w w/w pakietach nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne, są to produkty, których wprowadzenie do obrotu odbywa się na zasadzie swobodnego przepływu towarów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie rękawów foliowo – papierowych, w których wyraźnie oznaczony symbol kierunku otwierania opakowania znajduje się na papierze od strony folii?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10 – dot. pakiet 3, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11 – dot. pakietu 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12 – dot. pakietu 7**

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13 – dot. pakietu 7**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14 – dot. pakietu 9**

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 – dot. pakietu 9**

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16 – dot. pakietu 14, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17 – dot. pakietu 14, poz. 1**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18 – dot. pakietu 14, poz. 1**

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 19 – dot. pakietu 14, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania testu kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej, na których substancja wskaźnikowa umieszczona jest na specjalnej, cienkiej metalowej płytce imitującej narzędzia, która doskonale nadaje się do archiwizacji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20 – dot. pakietu 22, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wskazanej pozycji i utworzenie odrębnego zadania? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21 – dot. pakietu 22, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowania do sterylizacji plazmowej o szerokości 150mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22 – dot. pakietu 23, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki papier-foolia o rozmiarze 15 x 42cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23 – dot. pakietu 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki posiadały certyfikat jednostki notyfikowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wskaźniki posiadały certyfikat jednostki notyfikowanej.

**Pytanie 24 – dot. pakietu 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki chemiczne posiadały badania każdej serii wskaźników w trzech temperaturach zgodnie z normą 11140, raport z badań umieszczony na każdym opakowaniu lub dołączony do opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wskaźniki chemiczne posiadały badania wskazane powyżej.

**Pytanie 25 – dot. pakietu 1a, poz. 1**

W związku z dużą różnicą cenową pomiędzy włókniną pakowaną naprzemiennie a włókniną pakowaną indywidualnie (osobno kolor niebieski i zielony – asortyment tańszy), czy Zamawiający dopuści włókninę do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu w kolorze niebieskim oraz zielonym, pakowane osobno, w rozm. 100 x 100 cm? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo oraz pozwoli szpitalowi zaoszczędzić w zakresie wydatków na pakiet 1a.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów do sterylizacji wykonanych z 7 warstwowego laminatu folii, (wraz z warstwą kleju), co minimalizuje ryzyko przedarcia i przekłucia opakowania, a zatem zwiększa bezpieczeństwo zawartości.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów do sterylizacji oznaczonych znakiem handlowym? Zgodnie z normą PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej normy).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki sterylizacji były opisane kolorem tylko po procesie sterylizacji? Opis wskaźników przed sterylizacją i po sterylizacji może powodować dezorientację ostatecznego Klienta który kolor dotyczy opakowania przed sterylizacją, a który po oraz słabszą czytelność nadruków w zgrzewie ze względu na kolejne opisy w zgrzewie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29 – dot. pakietu 19, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści torebki papier-folia do sterylizacji w rozm. 15x38 cm (zamiast 15 x 42 cm)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30 – dot. zapisów projektu umowy**

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego

obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia powyższy zapis wskazując, iż minimalna ilość towaru, którą zamówi stanowi 70% ilości wskazanych w SIWZ. Zapisy umowy zgodnie ze zmienionym załącznikiem 6 do SIWZ.

**Pytanie 31 – dot. zapisów projektu umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie 32 – dot. zapisów projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:**

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 33 – dot. zapisów projektu umowy**

Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, iż stan majątkowy spółki określony jest przez dokumenty zawarte na stronie: <https://bip.copernicus.gda.pl/index.php>

**Pytanie 34 – dot. zapisów projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zapisy umowy zgodnie ze zmienionym załącznikiem 6 do SIWZ.

**Pytanie 35 – dot. zapisów projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zapisy umowy zgodnie ze zmienionym załącznikiem 6 do SIWZ.

**Pytanie 36 – dot. zapisów projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 37 – dot. zapisów projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 38 – dot. pakietu 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o szerokości 400 mm w miejsce rękawa o szerokości 420 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 39 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadające wszystkie oznaczenia, w tym kierunek otwierania, umieszczone na papierze od strony folii poza obszarem wypełnienia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 40 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 42 – dot. pakietu 2**

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43 – dot. pakietu 2, poz.8**

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 400 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 44 – dot. pakietu 2, poz. 1-8**

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których papier ma gramaturę 60 g/m<sup>2</sup>? To przede wszystkim siła i jakość zgrzewu decydują o właściwościach wytrzymałościowych rękawów a nie gramatura samego papieru, a fakt, że gramatura papieru 60 g/m<sup>2</sup> jest w zupełności wystarczająca potwierdzają parametry papierów arkuszowych opisanych w pakiecie 1.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 45 – dot. pakietu 9, poz. 1**

Ponieważ test Bowie&Dick jest jednym z najważniejszych testów jako test kontrolujący urządzenie, a nie proces, i posiada wysokie wymagania względem tolerancji na czas, temperaturę i jakość pary (wg wymagań normy PN-EN ISO 11140-4), czy Zamawiający wymaga, aby zgodność zaoferowanego testu z wymaganiami normy PN-EN ISO 11140-4 była potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną, na którym znajduje się kod i nazwa oferowanego produktu? Takiego samego dokumentu Zamawiający wymaga do wskaźników biologicznych opisanych w pakiecie 6.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 46 – dot. pakietu 14, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby testy posiadały potwierdzoną zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 11140-1 dla typ 6 względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C) procesu? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie jaką maksymalną tolerancję na zmienne krytyczne procesu dopuszcza Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47 – dot. pakietu 14, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test wraz z kompatybilny uchwytem, umożliwiał jednoczesną kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków? Tylko takie rozwiązanie pozwala na wychwycenie wszelkich nieprawidłowości procesu jak np. zła mechanika myjni lub przeładowanie wsadu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 48 – dot. pakietu 23, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 15 x 28 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 49 – dot. pakietu 23, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 15 x 32 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 50 – dot. pakietu 23, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 15 x 40 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 51 – dot. pakietu 23, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 25 x 36 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 52 – dot. pakietu 23, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 25 x 42 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 53 – dot. pakietu 23, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 30 x 50 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 54 – dot. pakietu 23, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 10 x 20 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 55 – dot. pakietu 23, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 15 x 21 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.



**Pytanie 56 – dot. pakietu 2**

Proszę o sprecyzowanie w jaki sposób należy przeliczyć wartości dla rolek o innym metrażu. Np. dla rolek 200mb.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 57 – dot. pakietu 7**

Czy Zamawiający dopuści test bez substancji przesuwającej się ? W proponowanym przez nas pasku następuje zmiana koloru z niebieskiego na różowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 58 – dot. pakietu 19**

Czy Zamawiający dopuści włókninę czterowarstwową SMMS o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>? Jest to produkt wystarczająco wytrzymały a jego cena jest znacząco niższa od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 59 – dot. pakietu 23, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 15x38 cm lub 15x50 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 60 – dot. pakietu 23, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 10x20 cm lub 12,5x20 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 61 – dot. pakietu 3, poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 500szt. (paski pojedyncze). Wskaźnik w postaci kólek zmieniających kolor z niebieskiego na różowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 62 – dot. pakietu 2, poz. 8**

Czy Zamawiający w miejsce rękawa o szerokości 420 mm dopuści rękaw o szerokości 400mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 63 – dot. pakietu 12, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga plomb ze wskaźnikiem sterylizacji czy bez.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 64 – dot. pakietu 14, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 65 – dot. pakietu 22, poz. 5**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 66 – dot. pakietu 22, poz. 2**

Czy Zamawiający w miejsce rękawa o szerokości 120mm dopuści rękaw o szerokości 100mm lub 150mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 67 – dot. zapisów SIWZ § XI, pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści przesłanie formularza JEDZ w formacie PDF, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzonego hasłem dostępu ( Wykonawca zamieści hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty), pocztą elektroniczną, na adres e-mail Zamawiającego: [zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl](mailto:zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl) ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 68 – dot. § 6, ust. 4 i 5**

Uprzejmie prosimy o obniżenie przewidzianej kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.


**Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 4.12.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.**

**W ZAŁĄCZENIU DO NINIEJSZEGO PISMA – DOKUMENTY PO ZMIANACH:**

-- Załącznik nr 6\_aktualny do SIWZ (Projekt umowy)

**Zatwierdził**

**Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski**



*Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej*