

Gdańsk, dnia 16.11.2018 r.

nr sprawy: **D10.251.69.C.2018**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*dotyczy:* *dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2018/S 199-450745** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**  
**CZEŚĆ 2**

**W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**Pytanie 1 – dot. pakietu 17, poz. 3**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wanienek do dezynfekcji narzędzi o pojemności 10L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2 – dot. pakietu 17, § III SIWZ**

Prosimy o odstąpienie od wymogu rejestracji wanienek jako wyroby medyczne. Informujemy, że nie ma wymogu prawnego rejestracji wanienek do dezynfekcji przed wprowadzeniem ich do obrotu, jak również na potrzeby stosowania w branży medycznej. Producent oferowanych przez nas wanienek jest certyfikowany zgodnie z ISO i spełnia wymogi tego systemu jakości, będą pod stałym nadzorem jednostki certyfikacyjnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od w/w wymogu dla pakietu nr 17.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

*Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej*