

Gdańsk, dnia 05 stycznia 2018 r.

D10.251.77.G.2017

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę implantów kręgosłupowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku używanych do zabiegów neurochirurgicznych.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 21 dot. pakietu nr 44

9	Elektroda stymulująca bipolarna (stymulacja kory mózgu , długość elektrody 100mm. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modulem stymulującym systemu NP, opakowanie zbiorcze 12 szt.	op.	8
---	---	-----	---

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania w/ opisanych elektrod w opakowaniach zbiorczych 12 szt.

Na rynku powyższe elektrody pakowane są w opakowania zbiorcze po 1 szt.

Mając na uwadze powyższe oraz zmianę wskazań prosimy o zmianę zapisu na :

Elektroda stymulująca bipolarna, długość elektrody 100mm. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modulem stymulującym systemu NP, opakowanie zbiorcze 1 szt.

10	Elektroda stymulująca monopolarna długość elektrody 100mm Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modulem stymulującym systemu NP, opakowanie zbiorcze 12 szt.	op.	20
----	---	-----	----

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania w/ opisanych elektrod w opakowaniach zbiorczych 12 szt.

Na rynku powyższe elektrody pakowane są w opakowania zbiorcze po 1 szt

Proponowana zmiana :

100mm Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modulem stymulującym systemu NP, opakowanie zbiorcze 1 szt.

11	Elektroda stymulująca monopolarna (stymulacja przez śruby) długość elektrody 100mm Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modulem stymulującym systemu NP., opakowanie zbiorcze 12 szt.	op.	20
----	--	-----	----

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania w/ opisanych elektrod w opakowaniach zbiorczych 12 szt.

Na rynku powyższe elektrody pakowane są w opakowania zbiorcze po 10 szt

Proponowana zmiana :

Elektroda stymulująca monopolarna (stymulacja przez śruby) długość elektrody 100mm Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP., opakowanie zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

W związku z powyższą odpowiedzią (dot. pakietu nr 44) Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy), który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji - Małgorzata Szyszka