

Gdańsk, dnia 27 lipca 2017 r.

D10.251.40.J.2017

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

**Dostawę komisową endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego
oraz protez barku**

I. W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW I:

1. Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 11:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

ZESTAW II:

2. Pytanie:

**Pakiet 5, Endoproteza stawu biodrowego bipolarna z panewką podwójnie mobilną:
zwracamy się z następującym zapytaniem:**

Czy Zamawiający dopuści trzpień stalowy, cementowany, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 37,5 mm dł. 125 mm i 150 mm, 44 mm dł. 150 mm dostępny łącznie w 11 rozmiarach, konus 5° 40'?" Opcjonalnie trzpień długi, rewizyjny. Korek dokanałowy w 7 rozmiarach 8 – 20 mm (skok co 2 mm). Czaszę metalową z wypełnieniem PE w rozmiarach 42 - 56 mm skok co 1 mm, następnie 58 mm, 61 mm, 64 mm, 68 mm, 72 mm dla głów 28 mm zatraskiwanych dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu. System związany panewki antyluksacyjnej, w rozmiarach od 44 mm do 60 mm. Opcja cementowana. System posiada fabrycznie zatrzaśniętą w polietylenowej czaszy głowę bipolarną CoCr (kobaltowo – chromową) w rozmiarach 36-46mm w zależności od wielkości panewki. Luksacji zapobiegają pierścienie. Współpracuje z głowami 22,2 mm i 28 mm. Głowy CoCr w rozmiarach 22,2 mm i 28 mm kompatybilne z trzpieniem Exeter. Pozostałe elementy zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3.Pytanie:

Pakiet 7, Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna, cementowana, z użyciem siatki metalowej zwracamy się z następującym zapytaniem:

Czy Zamawiający dopuści trzpień stalowy, cementowany, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza, monoblok zarówno dla wersji pierwotnej jak i rewizyjnej, konus 5° 40"? Czaszę metalową z wypełnieniem PE w rozmiarach 42 - 56 mm skok co 1 mm, następnie 58 mm, 61 mm, 64 mm, 68 mm, 72 mm dla głów 28 mm zatrzaskiwanych dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4.Pytanie:

Pakiet 14, Endoproteza stawu biodrowego, cementowana, bipolarna zwracamy się z następującym zapytaniem:

Czy Zamawiający dopuści głowy o średnicach 22,2mm, 28mm, 32mm na konus 5° 40"? Czaszę metalową z wypełnieniem PE w rozmiarach 42 - 56 mm skok co 1 mm, następnie 58 mm, 61 mm, 64 mm, 68 mm, 72 mm dla głów 28 mm zatrzaskiwanych dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu? Panewkę polietylenową w rozmiarach 46-60 mm skok co 2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW III:

5.Pytanie:

Pytanie do pakietu numer 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Trzpień prosty, metalowy, polerowany z pionowym żebrowaniem na płaszczyznach bocznych, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący - nie wymagający centralizatora, w minimum 10 rozmiarach i dwóch wersjach: standardowej i lateralizowanej

Uniwersalny korek kanałowy wykonany z polietylenu pasujący do wszystkich rozmiarów kanału

Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm.

Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzasknięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artkulacji ceramika/ceramika.

Cementowana panewka podwójnie mobilna w rozmiarach od 44mm do 62mm. Panewka metalowa, wysoko-polerowana zewnętrznie i wewnętrznie.

Wkładka polietylenowa do panewki podwójnie mobilnej z utwardzonego polietylenu. Opcjonalnie dostępne wkładki ceramiczne.

Głowy metalowe o średnicy 28mm dostępne w 7 długościach szyjki.

Ostrza piły oscylacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6.Pytanie:

Pytanie do pakietu numer 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Trzpień prosty, metalowy, polerowany z pionowym żebrowaniem na płaszczyznach bocznych, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący - nie wymagający centralizatora, w minimum 10 rozmiarach i dwóch wersjach: standardowej i lateralizowanej

Głowy metalowe o średnicy 28mm i 32mm dostępne w 7 długościach szyjki.

Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artkulacji ceramika/ceramika.

Cementowana panewka ze znacznikiem rtg dla głów 28mm i 32mm, opcjonalnie dostępne panewki z mechanizmem zatrzaskowym.

Uniwersalny korek kanałowy wykonany z polietylenu pasujący do wszystkich rozmiarów kanału

Ostrza piły oscylacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Załączniki:

1. Nowy Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 26.07.2017 r.

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski



Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Joanna Raczyńska