

D10.251.76.M.2017

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

**„Dostawa wyrobów i dzierżawa
sprzętu na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii”**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW I

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3 tj. czy Zamawiający wymaga koszulek typu Peel-Away?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 3 tj. dopuszczenia introducerów naczyniowych z zastawką hemostatyczną, z portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, długość użytkowa przynajmniej 11cm, dostępne rozmiary 4-11F (bez rozmiarów: 6,5F i 8,5F), w zestawie poszerzadło i przewodnik; rozmiar introducera kodowany kolorem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW II

Pytanie 3 dotyczy pakietu 17 tj. potwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone wysokoenergetyczne urządzenia CRTD, w celu przeprowadzenia badania MRI, mają występować w systemie DF4 oraz w systemie DF1? Urządzenie DF1 MRI podczas wymiany, przy zachowaniu dotychczasowych elektrod MRI, umożliwi pacjentowi skuteczne skorzystanie z badania rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź: Urządzenia MRI mogą występować jako DF1, DF4 lub w obu rodzajach.

ZESTAW III

Pytanie 4 dotyczy pakietu 10 tj. czy jeśli podczas badania rezonansem magnetycznym uszkodzeniu uległby głośnik urządzenia, co uniemożliwiłoby otrzymywanie przez pacjenta sygnałów dźwiękowych z urządzenia;

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl sekretariat@wss.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

Zamawiający dopuści, aby Wykonawca zobowiązał się dostarczyć pacjentowi nieodpłatnie komunikator do telemonitoringu umożliwiający lekarzowi kontrolę pacjenta poprzez otrzymywanie istotnych z punktu widzenia zdrowia i życia pacjenta komunikatów drogą mailową lub smsową?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 dotyczy pakietu 13 tj. czy jeśli podczas badania rezonansem magnetycznym uszkodzeniu uległby głośnik urządzenia, co uniemożliwiłoby otrzymywanie przez pacjenta sygnałów dźwiękowych z urządzenia, Zamawiający dopuści, aby Wykonawca zobowiązał się dostarczyć pacjentowi nieodpłatnie komunikator do telemonitoringu umożliwiający lekarzowi kontrolę pacjenta poprzez otrzymywanie istotnych z punktu widzenia zdrowia i życia pacjenta komunikatów drogą mailową lub smsową?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6 dotyczy pakietu 16 tj. czy jeśli podczas badania rezonansem magnetycznym uszkodzeniu uległby głośnik urządzenia, co uniemożliwiłoby otrzymywanie przez pacjenta sygnałów dźwiękowych z urządzenia, Zamawiający dopuści, aby Wykonawca zobowiązał się dostarczyć pacjentowi nieodpłatnie komunikator do telemonitoringu umożliwiający lekarzowi kontrolę pacjenta poprzez otrzymywanie istotnych z punktu widzenia zdrowia i życia pacjenta komunikatów drogą mailową lub smsową?

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW IV

Pytanie 7 dotyczy pakietów 8 i 9 tj. co Zamawiający rozumie pod pojęciem czasu trwałości od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym od osiągnięcia ERI? Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o żywotność urządzenia do czasu osiągnięcia ERI czy może o coś innego?

Odpowiedź: Tak, chodzi o żywotność urządzenia do czasu osiągnięcia ERI

Pytanie 8 dotyczy pakietów 16 tj. czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem ładowania kondensatorów na początku funkcjonowania urządzenia (BOS) – 8,3 sek. oraz po osiągnięciu stanu zalecanej wymiany (RRT), 12 sek.?

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW V

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 11 tj. czy Zamawiający w Pakiecie 11, dopuści również urządzenie z pełnym dopuszczeniem do badań w środowisku MR, ale z maksymalną energią dostarczoną 36J (w pierwszej terapii 30J) lub urządzenie z ograniczeniami w badaniu MRI, ale z energią dostarczoną 40J (w pierwszej terapii 36J)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z ograniczeniem MRI z energią dostarczoną 40J (w pierwszej terapii 36J)

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 13 tj. wyjaśnienie czy w Pakiecie 13 nie znalazł się omyłkowo wymóg dostarczenia energii minimalnej 35J i w pierwszej terapii również 35J. Jeśli natomiast nie jest to omyłka, to czy Zamawiający w Pakiecie 13, dopuści również urządzenie z pełnym dopuszczeniem do badań w środowisku MR, ale z maksymalną energią dostarczoną 36J (w pierwszej terapii 30J) lub urządzenie z ograniczeniami w badaniu MRI, ale z energią dostarczoną 40J (w pierwszej terapii 36J)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z pełnym dopuszczeniem do badań w środowisku MR z maksymalną energią dostarczoną 36J (w pierwszej terapii 30J). Zamawiający zmienia SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 14 tj. czy Zamawiający w Pakiecie 14, dopuści również urządzenie z pełnym dopuszczeniem do badań w środowisku MR, ale z maksymalną energią dostarczoną 36J (w pierwszej terapii 30J) lub urządzenie z ograniczeniami w badaniu MRI, ale z energią dostarczoną 40J (w pierwszej terapii 36J)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z ograniczeniem MRI z energią dostarczoną 40J (w pierwszej terapii 36J)

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w zakresie pakietu nr 13 –Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

WICEPREZES

ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ –po zmianie

Sporządził Sekretarz komisji – Marta Muszyńska- Orciuch

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl sekretariat@wss.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 268 998 000 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

