

Gdańsk, dnia 25.10.2018 r.

nr sprawy: **D10.251.63.C.2018**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: *dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2018/S 186-419746** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ:

Pytanie 1 (dot. pakietu 2, projekt umowy zał. 6.1)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dni robocze definiuje jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2 (dot. pakietu 2, projekt umowy zał. 6.1, par. 4 ust. 1)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw min. 4 tygodnie od terminu podpisania umowy? Wyjaśniamy, że na oferowany sprzęt jest produkowany pod konkretne zamówienie i to wymaga min. 4 tyg. na realizację.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 (dot. pakietu 2, pkt 54, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia z zagwarantowaną dostępnością części zamiennych przez co najmniej 7 lat od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 (dot. pakietu 2, pkt 24, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaniem panoramicznym dostępnym na sondzie liniowej? Oferowane głowice z aparatem to sondy convex i endo volumetryczne, na których obrazowanie panoramiczne nie ma zastosowania diagnostycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 5 (dot. pakietu 2, pkt 32, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści głowicę convex volumetryczną z max kątem widzenia 90 stopni? W głowicach convex volumetrycznych standardowy kat widzenia wynosi 75 – 80 stopni, oferowana głowica volumetryczna z max kątem widzenia 90 stopni w pełni zabezpiecza potrzeby diagnostyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 6 (dot. pakietu 2, pkt 33, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści głowicę endo volumetryczną z max kątem widzenia 180 stopni ?

W głowicach endo volumetrycznych standardowy kąt widzenia wynosi 135-160 stopni. Oferowana głowica endo volumetryczna z max kątem widzenia 180 stopni w pełni zabezpiecza potrzeby diagnostyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 7 (dot. pakietu 2, pkt 46, załącznik 1B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający udostępni stację roboczą – komputer, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie dostarczone i uruchomione przez Wykonawcę wymagane w pkt. 46.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępni stację roboczą.

Pytanie 8 (dot. pakietu 2, pkt 51, załącznik 1B do SIWZ)

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pod pojęciem integracji i konfiguracji dostarczonego urządzenia ze szpitalnym systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS rozumie licencje DICOM w urządzeniu i ewentualnie dyspozycyjność inż serwisowego do współpracy np. IT szpitalnym.

W przypadku gdyby w kosztach oferty Zamawiający wymagał, licencji do podłączenia ze Szpitalnym systemem PACS i RIS, prosimy o podanie tych kosztów netto przez Zamawiającego w celu stworzenia równych warunków dla wszystkich oferentów. Prosimy o podanie nazw firm, które dostarczyły do Szpitala systemy PACS i RIS oraz kontaktu do osób odpowiedzialnych w celu uzgodnienia procesu i warunków wymaganej integracji.

Odpowiedź:

Koszt wykupienia licencji wymaganej do podłączenia urządzenia do systemu RIS i PACS od strony samego systemu PACS i RIS ponosi Zamawiający, natomiast w cenie oferty przewidziana zostanie dyspozycyjność przedstawiciela Wykonawcy do współpracy z Działem Informatyki Zamawiającego podczas podłączania urządzenia.

Pytanie 9 (dot. pakietu 2, pkt 56, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści, cyfrowy aparat usg klasy Premium bez fabrycznego zasilania bateryjnego ?

Aparat Premium jest najczęściej wykorzystywane jako aparat stacjonarny z reguły niewymagający przewożenia na inne stanowiska badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 10 (dot. pakietu 3, pkt 58, załącznik 1B do SIWZ)

W związku z wymogiem przez Zamawiającego integracji i konfiguracji aparatu usg do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS, wnosimy o podanie kwoty o tą integrację i konfigurację?

58	W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS	Tak
----	--	-----

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ koszt wykupienia licencji wymaganej do podłączenia urządzenia do systemu RIS i PACS od strony samego systemu PACS i RIS ponosi Zamawiający, natomiast w cenie oferty przewidziana zostanie dyspozycyjność

przedstawiciela Wykonawcy do współpracy z Działem Informatyki Zamawiającego podczas podłączania urządzenia oraz licencje, o których mowa w pkt. 57 OPZ.

Pytanie 11 (dot. pakiet 4, projekt umowy zał. 6C aktualny)

Czy Zamawiający odstąpi od zmian wprowadzonych powyższą modyfikacją i powróci do pierwotnych zapisów brzmiących:

§7 pkt 8:

Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że wadliwe są części składowe konkretnego narzędzia lub całe narzędzie, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu dostawy lub całe narzędzie podlega wymianie na nowe, wolne od wad, zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia.

§ 7 pkt.10

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany narzędzia na nowe, w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, w przypadku pojawienia się na jego powłoce plam, wżerów etc

§ 7 pkt.13

W przypadku, gdy usunięcie wady narzędzia jest niemożliwe lub gdy pomimo dokonania 3-krotnej naprawy gwarancyjnej narzędzia jego wada nie zostanie usunięta, Wykonawca obowiązany jest wymienić narzędzie na nowe, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia

§ 7 pkt.20

W terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wady/usterki Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko narzędzia zastępcze, o parametrach zgodnych z formularzem asortymentowo-cenowym, w przypadku:

- a. wymiany trwającej dłuższej niż 10 dni,
- b. naprawy trwającej dłużej niż 10 dni.

Zapisy wprowadzone modyfikacją z dnia 04.10.2018. będą niemożliwe do dochowania ze względu na czas transportu narzędzi, odprawy celnej z USA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

Pytanie 12 (dot. pakiet 1, pkt 32, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści aparat z szufladą zintegrowaną w ścianie do prześwietleń bez możliwości wyjmowania detektora przez technika? Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenia detektora przed przypadkowym uszkodzeniem oraz zalaniem detektora. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem dodatkowego detektora bezprzewodowego, który będzie wykorzystywany w statywie płucnym, który jednocześnie może być wykorzystywany do ekspozycji poza statywem odległościowym zamiast wyjmowania detektora z szuflady. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy aparat RTG typu telekomando.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 13 (dot. pakiet 1, pkt 45, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG z fluoroskopią pulsacyjną w zakresie do 3 p/s do 30 p/s? Jest to wartość nieznacznie mniejsza w dolnym zakresie częstotliwości, która z powodzeniem może być zastąpiona wykonywaniem zdjęć seryjnych o częstotliwościach począwszy od 0,5 poprzez 1, 2, 4 do 8 klatek na sekundę. Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 14 (dot. pakiet 1, pkt 60, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie do wysuniętego w stronę technika pola świetlnego wskaźnik laserowy, który wyznacza środek pola RTG i wychodzi poza pole oświetlane, skolimowane? Rozwiązanie polega na tym, że oświetlone jest skolimowane pole RTG, które będzie naświetlane promieniowaniem RTG, krzyż laserowy wyznacza środek tego pola, a ramiona tego krzyża laserowego wychodzą oświetlane skolimowane pole.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za równoważne.

Pytanie 15 (dot. pakiet 1, pkt 61, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający posiada już zainstalowany i funkcjonujący centralny system do monitorowania dawki? Jeżeli tak to proszę o podanie nazwy dostawcy i administratora w/w systemu. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza w przyszłości nabyć taki system prosimy o uznanie za spełnienie w/w wymogu poprzez generowanie i wysyłanie przez aparat raportu dawki w formacie Structure Report do PACS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada centralnego systemu monitorowania dawki i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 16 (dot. pakiet 1, pkt 71 i 72, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści detektor bezprzewodowy do stosowania w statywie odległościowym o wymiarach pola aktywnego min. 42 x 34 cm i wielkości matrycy min. 2350 x 2860 pikseli? Jest to detektor o wymiarach standardowej kasety RTG i jest możliwość ze zintegrowaną rączką z możliwością włożenia go do statywu odległościowego w pionie i w poziomie. Detektor może być wykorzystywane do używania go poza statywem, oraz jest bezprzewodowy, co jest wymagane przez Zamawiającego w p. 79. Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG typu telekomando.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 17 (dot. pakiet 1, pkt 76, załącznik 1B do SIWZ)

Prosimy o usunięcie oczywistej pomyłki pisarskiej „zintegrowany” lub zastąpienie jej słowem „bezprzewodowy”, który to detektor jest w dalszej części tabeli przywołany jako bezprzewodowy tj. w p. 79 i z możliwością przenoszenia go tj. w p. 77, co determinuje, że nie może on być zintegrowany. Obecnie sformułowany wymóg jako „zintegrowany” uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG typu telekomando.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 18 (dot. pakiet 1, pkt 99, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści stację akwizycyjną z 1 portem USB do nagrywania zdjęć? 1 port USB jest wystarczający do sprawnego funkcjonowania aparatu i bezproblemowego nagrywania zdjęć na nośnik USB. Stacja akwizycyjna jest dodatkowo wyposażona w nagrywarke CD/DVD do nagrywania obrazów RTG.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG typu telekomando.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 19 (dot. pakiet 1, pkt 76, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający zdecyduje się dodatkowo promować funkcje systemu ułatwiające jego wykorzystywanie w codziennej pracy? Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za funkcjonalność ładowania akumulatorów detektora bezprzewodowego bez konieczności podłączania żadnego kabla podczas gdy ten znajduje się w statywie płucnym niezależnie od ułożenia tj. w pionie, czy w poziomie. Proponujemy wprowadzenie punktacji jak poniżej:

77a	Możliwość ładowania detektora bezprzewodowego podczas gdy znajduje się w szufladzie w statywie odległościowym bez konieczności podłączania żadnego kabla, niezależnie od ułożenia detektora tj. w pionie i w poziomie. W przypadku odpowiedzi nie należy dostarczyć nastolową ładowarkę z min. jedną dodatkową baterią	Tak / Nie	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
-----	--	-----------	-----------------------------	--

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 20 (dot. pakiet 1, pkt 53 i 55, załącznik 1B do SIWZ)

Czy Zamawiający zdecyduje się na promowanie rozwiązań technicznych wpływających na wygodę pracy i pewność nieprzerwanej pracy ograniczeniami technicznymi. Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za dużą pojemność cieplną anody i pojemność cieplną kołpaka, które to zapewnią ciągłość pracy przy długotrwałych skopiach.

53	Pojemność cieplna anody ≥ 600 kWh	Tak, podać	< 800 kWh – 0 pkt ≥ 800 kWh – 10 pkt	
55	Pojemność cieplna kołpaka z lampą ≥ 2000 kWh	Tak, podać	< 2500 kWh – 0 pkt ≥ 2500 kWh – 10 pkt	

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził punktację zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 21 (dot. zał. nr 6.1, umowa, §6 ust. 6)

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z tysięcy części i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmienionym SIWZ.

Pytanie 22 (dot. zał. nr 6.1, umowa, §6 ust. 8)

Czy Zamawiający dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki i naprawy z wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego? Czas 24 godzin może być zachowany w dni robocze rozumiane jako pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 23 (dot. zał. nr 6.1, umowa, §6 ust. 8)

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 7 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 24 (dot. zał. nr 6.1, umowa, §6 ust. 12)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia działania faksu i łączy elektronicznych (e-mail) wskazanych w ust. 7. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzętu Medycznego. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmienionym SIWZ.

Pytanie 25 (dot. zał. nr 6.1, umowa)

Prosimy o informację na kogo będzie wystawiona faktura VAT, na Gminę Miasta Gdańsk czy na Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że faktura VAT zostanie wystawiona na Gminę Miasta Gdańsk.

Pytanie 26 (dot. zał. nr 6.1, umowa)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie zabezpieczający płatności na rzecz Wykonawcy o treści: „Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedawanych urządzeń do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej ceny wraz z ewentualnymi odsetkami w przypadku opóźnionej zapłaty.”?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27 (dot. zał. nr 1 do umowy – oprogramowanie, pkt 1.3.2)

W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw w związku z wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Projektu, Oprogramowania lub Dokumentacji Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznym roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu, w tym do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem powyższych roszczeń, o ile Zamawiający podejmie następujące działania [...]

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 28 (dot. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, §1 ust. 7/§ 3 ust. 1f/ § 3 ust.3)

Mając na uwadze, że usługi serwisowe świadczone przez wykonawców globalnych (globalnych grup kapitałowych) mają także globalną strukturę zakładającą udział w serwisie spółek z grupy kapitałowej, w szczególności spółki producenta oferowanego urządzenia, które mogą mieć siedziby poza obszarem UE – EOG, co pozwala na zaoferowanie modelu serwisu „follow the Sun” i najwyższych standardów jakości oraz krótkich czasów naprawy i reakcji, prosimy o doprecyzowanie par. 1 ust 7, par. 3 ust. 1 lit. f) , par. 3 ust. 3 umowy powierzenia, poprzez uznanie, że procedura dalszego powierzenia danych do przetwarzania odbędzie się zgodnie z proponowanymi poniżej postanowieniami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

- (1) Wykonawca zleca podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego . Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać

danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- (2) Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem

Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. Zamawiający zobowiązuje się do subskrypcji wskazanej powyżej strony internetowej Wykonawcy w celu uzyskiwania informacji dotyczących podprzetwarzających oraz wszelkich zamierzanych zmian w korzystaniu z usług podprzetwarzających lub ich zastępowania innymi podmiotami.

- (3) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
- (4) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania

- a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
- b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
- c. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- (5) W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 29 (dot. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, §5 ust. 1)

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli w miejscu przetwarzania danych, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 30 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §6 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek istotną niezgodność towaru, uniemożliwiająca eksploatację przedmiotu umowy, z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do umowy”.

Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokołów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokoły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokole.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym SIWZ.

Pytanie 31 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §6 ust. 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy wady/usterki sprzętu zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie do 24h liczone w dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od złożenia zgłoszenia usterki zgodnie z ust. 7. Zgłoszona w trybie określonym w ust. 10 wada/ustereka winna być usunięta w terminie do 48h liczone w dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem ust. 12”

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym SIWZ.

Pytanie 32 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §6)

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyraża zgodę na dodanie do w/w paragrafu ustępu 15 w brzmieniu:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym SIWZ.

Pytanie 33 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §6)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do w/w paragrafu ustępu 16 w brzmieniu: „Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 34 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §8 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień **opóźnienia zwłoki** w [...]”. Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Odpowiedź:

Pytanie 35 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §8 ust. 2 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „wykonaniu pozostałych obowiązków wskazanych w par. 4, lecz nie więcej niż **30% 10% wartości tego wynagrodzenia**.”

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 36 (dot. zał. nr 6.1, projekt umowy, §8 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Niezależnie od kar umownych wskazanych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień **opóźnienia zwłoki** w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, lecz nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia.”

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §8 ust. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień **opóźnienia zwłoki** w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6, 7, 8, 11, 12 lub 13, lecz nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia”.

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 38 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §8 ust. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **60% 20% wynagrodzenia brutto**, określonego w § 5 ust.1 umowy”.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §8 ust. 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody, z poniższym zastrzeżeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 40 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §8 ust. 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Za niewykonanie umowy (niewykonanie dostawy) strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczenie go z istotnymi wadami, uniemożliwiającymi jego prawidłowe używanie, uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub w niekompletnym stanie”.

Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokołów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokoły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokole.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 41 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §9 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca nie wykona przeglądu w terminie 10 dni od upływu terminu wskazanego w § 6 ust. 7. W przypadku opóźnienia zwłoki Zamawiający ponowi żądanie i wskaże ostateczny termin wykonania przeglądu”.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 42 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §9 ust. 1 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca nie dostarczy sprzętu zastępczego w terminie 10 dni od upływu terminu, wskazanego w § 6 ust. 13. W przypadku

opóźnienia zwłoki Zamawiający ponowi żądanie i wskaże ostateczny termin dostarczenia sprzętu zastępczego”.

Prosimy o wskazanie prawidłowego odniesienia / referencji – w par. 6 ust. 13 umowy nie jest wskazany żaden termin.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 43 (dot. zał. 6.1, projekt umowy, §9 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie **i może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych**”.

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje także o sprostowaniu treści znajdującej się w **pkt 1 we wzorze protokołu odbioru końcowego** (zał. 4 do umowy 6.1) oraz w **pkt 1 we wzorze protokołu odbioru ilościowego sprzętu medycznego** (zał. 5 do umowy 6.1)

Jest: Copernicus PL Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk reprezentowany przez :

Winno być: **Gmina Miasta Gdańsk** z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, reprezentowana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk reprezentowany przez :

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania 19 oraz 20 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów **SIWZ w § XVI. Pkt 1 – kryterium OCENA TECHNICZNA**

„ **Tmax** – maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w ocenianym kryterium dla danego pakietu na podstawie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów punktowanych (~~80~~ 110 punktów dla pakietu nr 1) „


Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.11.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

W ZAŁĄCZENIU DO NINIEJSZYCH WYJAŚNIENI – DOKUMENTY PO ZMIANACH:

- Załącznik nr 1B do SIWZ (OPZ)
 - OPZ Pakiet 1
 - OPZ Pakiet 2 i 3
- Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt umowy)

- Załącznik nr 6.1 do SIWZ_aktualny (proj. umowy)
- Załącznik nr 6.2 do SIWZ_aktualny (proj. umowy)
- Załącznik nr 6.3 do SIWZ_aktualny_2 (proj. umowy)

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski



Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych