

Gdańsk, dnia 04 czerwca 2018 r.

D10.251.34.M.2018

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

**„Dostawę respiratorów transportowych, pulsoksymetrów,  
ssaków elektrycznych i pulsoksymetrów napalcowych”**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 3 – ssaki elektryczny** tj. czy zamawiający dopuści ssak elektryczny posiadający zbiornik wielokrotnego użytku wyposażony w pokrywę zawierającą gumową uszczelkę zapobiegającą przed niepożądanym wypadnięciem pokrowy oraz przed przelaniem się wydzielin?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że Zamawiający dodatkowo wymaga, aby zaoferowane ssaki umożliwiały korzystanie z jednorazowych wkładów.

**II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w zakresie §VI SIWZ. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 07.06.2018 r. GODZ. 11:00**

**ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT: 07.06.2018 r. GODZ. 11:30**

Załączniki:

1. Zmodyfikowany SIWZ.

Zatwierdził:  
**Wiceprezes ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski**

Sporządził Sekretarz komisji  
Marta Muszyńska- Orciuch