

nr sprawy: **D10.251.10.P.2018**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy wyrobów do zabiegów implantacji piersi**, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. **2018/S 028-060561** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA PAKIET NR 2

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami wyboru: **1. Cena - waga: 60%, 2. Jakość - waga: 40%.**

I. WYBRANA OFERTA – PAKIET NR 2

Najkorzystniejsza oferta, tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wyboru, to:

Nr oferty, Nazwa firmy / adres	Cena /zł/
3. P.A.D. Technologies LTD Sp. z o.o. ul. Belgijska 11 lok. 9, 02-511 Warszawa	499 500,00

II. ZŁOŻONE OFERTY Z PRYZNANĄ PUNKTACJĄ – PAKIET NR 2

Wykonawca	Cena (waga: 60%)	Jakość (waga: 40%)	Łączna punktacja	
3. P.A.D. Technologies LTD Sp. z o.o. ul. Belgijska 11 lok. 9, 02-511 Warszawa	499 500 zł 48,37 pkt	Przyznane punkty za oceniane parametry – poz. 1: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekstura wykonana bez udziału cząsteczek soli lub cukru – 15 pkt ▪ Wielkość porów tekstury:100 porów na 2,54cm(1cal) – 5 pkt Przyznane punkty za oceniane parametry – poz. 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekstura wykonana bez udziału cząsteczek soli lub cukru – 15 pkt ▪ Wielkość porów tekstury:65 porów na 2,54cm(1cal) – 5 pkt 	Łączna punktacja za Jakość: 40pkt	48,37pkt+40pkt = 88,37 pkt
4. ARTIMED s.c. Ewa Donde, Dominika Donde-Antepowicz, ul. Lektykarska 4A, 01-687 Warszawa	402 664 zł 60 pkt	Przyznane punkty za oceniane parametry – poz. 1: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekstura wykonana bez udziału cząsteczek soli lub cukru – 0 pkt* ▪ Wielkość porów tekstury:100 porów na 2,54cm(1cal) – 0 pkt Przyznane punkty za oceniane parametry – poz. 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekstura wykonana bez udziału cząsteczek soli lub cukru – 0 pkt* ▪ Wielkość porów tekstury:65 porów na 2,54cm(1cal) – 0 pkt 	Łączna punktacja za Jakość: 0pkt	60pkt+0 pkt = 60 pkt

* **Wykonawca – ARTIMED s.c., pomimo iż zadeklarował tak w swojej ofercie, nie spełnia punktowanego w kryterium – „Jakość”, parametru - „Tekstura wykonana bez udziału cząsteczek soli lub cukru”, w związku z czym nie otrzymał za ten parametr żadnych punktów. Tekstura oferowanych przez Wykonawcę implantów uzyskiwana jest przy użyciu cząsteczek „soli kwaśnej”, występującej też pod nazwą „wodorosól kwasu węglowego i sodu” („Słownik języka polskiego PWN”, <https://sjp.pwn.pl/slowniki/s%C3%B3l%20kwa%C5%9Bna.html>).**

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Nie zostali wykluczeni wykonawcy.
2. Nie odrzucono żadnej oferty.
3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

**Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski**

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski