

Gdańsk, dnia 02.10.2018 r.

nr sprawy: D10.251.55.P.2018

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku” - Część 1**, postępowanie ogłoszone w dniu **28.08.2018 r.** w **Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej** pod nr. **2018/S 164-374154** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZ. 3

1) Dotyczy pakietu 2, wymagania pozycja 10

W wyniku odpowiedzi na pytania z dnia 25.09.2018r. Zamawiający zmienił w pakiecie nr 2 wymagany zakres regulacji wysokości (z materacem) na min. od 700 do 1110 mm. Wykreślił jednak tolerancję **±20 mm**, która występowała w pierwotnym opisie (min. od 700 do 1150 mm ±20 mm), co uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty przetargowej. Zwracamy się zatem z prośbą o dopuszczenie stołu z zakresem regulacji wysokości (z materacem): 715/1165mm.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zakres regulacji zgodnie z załączonym OPZ., czyli „Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 700 do 1110 mm ±20 mm.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Aktualny OPZ (zał. nr 1B do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Czerniawska –Inspektor ds. Zamówień Publicznych