



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gdańsk, dnia 12 czerwca 2018 r.

D10.251.31.S.2018

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

**DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY COPERNICUS PL SP. Z O.O.
REALIZOWANĄ W RAMACH PROJEKTU ZIDENTYFIKOWANEGO PN
„INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.
W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI
NA BAZIE SZPITALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU”
(III POSTĘPOWANIE) SYSTEM OGRZEWANIA NOWORODKA**

I. W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zestaw I

1. **Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 pkt. 6:** Prosimy o dopuszczenie mocowania jednostki kontrolnej na statywie do kroplówek, zawieszenia na relingu stołu lub postawienia np. na kolumnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 pkt. 9: Prosimy o dopuszczenie skoku regulacji co 0,1°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 pkt. 10: Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego z regulacją temperatury w zakresie 30-39°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 pkt. 17: Prosimy o dopuszczenie materacyka grzewczego o wymiarach 800x500 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 pkt. 18: Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego systemu ogrzewania wykonanego w nowoczesnej technologii włókien węglowych, z 30 milimetrową warstwą przeciwdrożynową, oraz poliuretanowym poszyciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz Komisji Przetargowej: Sylwia Skaskiewicz.