

Gdańsk, dnia 13.08.2021 r.

NR 15.D10.2021

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na:

„DOSTAWĘ RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH”

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Zapytania ofertowego.

Pytanie

dot. Wymagania graniczne Zamawiającego Lp. 16

Zamawiający w punkcie 9 wymaga: Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 7N (+/- 1N). Prosimy o potwierdzenie, że opisana wartość stanowi wymóg minimalny i można zaoferować rękawice o wyższej sile zrywu wynoszącej po starzeniu min. 8 N

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

dot. Projektu umowy

1. Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 projektu umowy.

2. Wnosimy o zmianę § 7 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmiany spowodowanej zmianą stawki VAT, w przypadku której cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

1

3. Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 7 ust. 3 pkt. 5) o następującej treści: „cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- gładkich z teksturą na końcach palców;
- z siłą zrywu po starzeniu min. 6N;

pozostałe parametry bez zmian.

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

- a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
- b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;
- c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
- d) promieniowaniem jonizującym;
- e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;
- f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej - 50 °C lub niższej;
- g) upadkiem z wysokości;
- h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;
- i) utonięciem;
- j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
- k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;
- l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;
- m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub

2

agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic oraz ich zawyżania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Piotr Wróblewski
Wiceprezes ds. Ekonomicznych

Sporządziła: Marta Muszyńska-Orciuch

3