



Gdańsk, dnia 14 stycznia 2022 r.

NR 5.D10.2022

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**WYJAŚNIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na:

**„DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Zapytania ofertowego. **Pytania dotyczą części nr 3 poz. 3.**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez dodatkowych skrzydełek dociskających?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 :**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez opaski stabilizacyjnej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zał. nr 2 do Zapytania ofertowego - dren ustabilizowany foliową opaską lub inną formą stabilizacji.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie oznaczone kolorem fioletowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań Zapytania ofertowego.

**Pytanie 5 :**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą w części przezroczystej 55mm bez opaski stabilizującej dren w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zał. nr 2 do Zapytania ofertowego - dren ustabilizowany foliową opaską lub inną formą stabilizacji.

**Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany stanowią integralną część Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**  
**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem

**Wiceprezes ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski**

Sporządziła: Ewa Dudziak – sekretarz komisji