

Gdańsk, dnia 28 września 2020 r.

D10.251.79.M.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn.

**DOSTAWA  
ZESTAWU DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

Pytanie 1.

Załącznik nr 1B.

W związku ze zmianą OPZ w punkcie 1. prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opcjonalnego oprogramowania z modułem pediatricznym do wykonywania uroflowmetrii?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.**

Pytanie 2.

Załącznik nr 1B.

Czy Zamawiający wymaga żeby „maksymalne obciążenie fotela urologicznego” o którym mowa w punkcie 8. wynosiło minimum 220 kg? Reszta zgodna z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza aktualną treść załącznika nr 1 B do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. 05.10.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.

**Z poważaniem**

  
WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski

**Załączniki:**

- zał. 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach
- zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu

Sporządził sekretarz komisji przetargowej: Marta Muszyńska- Orciuch