

Gdańsk, dnia 4 listopada 2020 r.

NR 97/D10/2020

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 20.10.2020 poz.1845) na:

DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Zapytania ofertowego.

ZESTAW 1

Pytanie 1, Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu ochronnego jako Środek ochrony indywidualnej kat. III typ 4,5,6?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 2, Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zapięcia kombinezonu typu jednostronny zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 3, Pakiet 2 Czy Zamawiający może podać ilości na poszczególne rozmiary ?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości dokładnego określenia ilości poszczególnych rozmiarów.

Pytanie 4, Pakiet 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu ochronnego jako Środek ochrony indywidualnej kat. III typ 4,5,6?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5, Pakiet 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zapięcia kombinezonu typu jednostronny zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5, Pakiet 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu w wersji z osłonami na obuwiu połączonymi z nogawkami kombinezonu?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 6, Pakiet 5 Czy Zamawiający może podać ilości na poszczególne rozmiary ?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości określenia ilości poszczególnych rozmiarów.

ZESTAW 2

PYTANIE 1: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku półmasek ochronnych FPP2 nie wymaga, aby były one wyrobem medycznym oraz dopuszcza zmianę zapisu w paragrafie 3. pkt. 1. ust. 1., zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu cytowanej ustawy. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Posiadają deklarację zgodności i dopuszczenie do obrotu na rynku, natomiast ze względu na specyfikę produktu nie muszą być kwalifikowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy. Z uwagi na fakt, że oferowane przez nas produkty klasyfikowane są przez producentów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425, jako środki ochrony indywidualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga żeby to był wyrób medyczny. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że paragraf 3. pkt. 1. ust. 1 dot. tylko tego asortymentu, do którego zamawiający wymagał, aby zaoferowany asortyment był wyrobem medycznym. Zamawiający wymaga: Środek ochrony indywidualnej, kategoria III zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009.

ZESTAW 3

PYTANIE 2: Zamawiający w pakiecie nr 2 w pkt 3 oraz w pakiecie nr 5 pkt wymaga aby kombinezon ochronny posiadał zapięcie kombinezonu typu dwustronny zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą. Kombinezony występują w dwóch wariantach – z zamkiem jednostronny oraz dwustronnym. Zamek dwustronny kombinezonu: Funkcją tego zamka jest możliwość odpięcia i zapięcia od zewnętrznej strony kombinezonu oraz

od strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej wyrażonym w opisie przedmiotu zamówienia zamek jest przykryty klapką samoprzylepną, która ma taśmę klejącą na całej długości zamka. Odpięcie zamka, czy to od strony zewnętrznej czy od strony wewnętrznej, wymaga zatem oderwania klapki samoprzylepnej pokrywającej zamek. Wszelkie badania na spełnianie norm ochrony biologicznej zostały przeprowadzone w oparciu o założenia prawidłowego noszenia kombinezonu ochronnego. Zgodnie z instrukcją producenta po zapięciu zamka kombinezonu powinien on być przykryty przyklejoną klapką samoprzylepną. Tylko prawidłowe założenie kombinezonu gwarantuje ochronę zgodną z normami zadeklarowanymi przez producenta i potwierdzonymi niezależnymi badaniami przez jednostkę notyfikującą. Przedmiotem oferty jest kombinezon jednorazowy to znaczy przeznaczony do jednorazowego założenia. Prawidłowe noszenie kombinezonu jednorazowego wyklucza możliwość wielokrotnego odklejania klapki samoprzylepnej naklejanej na zamek błyskawiczny. Producent oferuje kombinezon w dwóch wariantach zamków ale, jak wykazano powyżej, spełnione normy są tylko wtedy kiedy zamek od zewnętrznej strony jest zaklejony taśmą samoprzylepną co należy uczynić niezwłocznie po jego założeniu. W praktyce ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której użytkujący kombinezon będzie miał potrzebę i możliwość rozpięcia zamka od strony wewnętrznej. Aby to zrobić musiałby odkleić klapkę i tym samym łatwiej mu będzie odpiąć kombinezon od zewnątrz lub włożyć do środka kombinezonu od góry (pod głową) rękę narażając siebie na kontakt z zewnętrznymi czynnikami biologicznymi. Zamek dwustronny powoduje także dyskomfort noszenia – od strony wewnętrznej suwak może ocierać się o bieliznę i ciało. Z uwagi na powyższe wyjaśnienia i argumenty prosimy o wskazanie wariantu zamka, jaki ma znaleźć się w dostarczanych do Państwa kombinezonach.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo-cenowym.

Zamawiający informuje o zmianie godziny składania ofert. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień: **05 listopada 2020 r. godz. 13:00**. Dokumenty wskazane w punkcie 6 Zapytania ofertowego należy wysłać w formie e-mail na adres zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Z poważaniem